



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Numune: Sınıf I Saf Su (TS EN ISO 3696/Nisan 1996)

Çizelge 1-Özellikler

Özellik	Standardın İsteddiği değerler Sınıf 1-Saf Su	Bulunan Sonuçlar ve Değerlendirme
Elektrik İletkenliği 25 ⁰ C da (en çok)	0.01 mS/m	0,0012 mS/m
Absorbans, 254 nm dalga boyunda ve 1 cm optik ışık yolunda, absorbans birimi,ençok	0.001	0.001 Not 1
Silika, SiO ₂ olarak,mg/L,en çok	0.01	<8 Not 1

Not 1) Bu deneyler Düzen Laboratuvarında yaptırılmış,sonuçlar, 27.10.2017 tarihinde laboratuvarımıza ulaşan 26.10.2015 tarih ve DÇ-22910 sayılı rapordan alınmıştır.

SONUC VE DÜŐÜNCELER :

Raporun birinci sayfasında tanımı yapılmış olan "Saf su" numunesi üzerinde TS EN 3696 sayılı Türk Standardlarına göre yapılan deneylere ve muayenelere ait bulunan sonuçlar yukarıda verilmiştir.

M

