



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Numune: Sınıf II Saf Su (TS EN ISO 3696/Nisan 1996)

Çizelge 1-Özellikler

Özellik	Standardın İstediği değerler Sınıf 2-Saf Su	Bulunan Sonuçlar ve Değerlendirme
Elektrik İletkenliği 25 ⁰ C da (en çok)	0.1 mS/m	0,0016 mS/m
Yükseltenebilir Madde, Oksijen (O) muhtevası, mg/L en çok	0.08	<0.08 Not 1
Absorbans, 254 nm dalga boyunda ve 1 cm optik ışık yolunda, absorbans birimi,ençok	0.01	0.001 Not 1
Buharlaşma Kalıntısı 110 ⁰ C'da mg/kg, en çok	1	<1 Not 1
Silika, SiO ₂ olarak,mg/L,en çok	0.02	<8 Not 1

Not 1) Bu deneyler Düzen Laboratuvarında yaptırılmış,sonuçlar, 27.10.2017 tarihinde laboratuvarımıza ulaşan 26.10.2015 tarih ve DÇ-22909 sayılı rapordan alınmıştır.

SONUÇ VE DÜŞÜNCELER :

Raporun birinci sayfasında tanımı yapılmış olan "Saf su" numunesi üzerinde TS EN 3696 sayılı Türk Standardlarına göre yapılan deneylere ve muayenelere ait bulunan sonuçlar yukarıda verilmiştir.

